



Техническа спецификация на предвидените за закупуване активи (ДМА и/или ДНА):

№	Наименование на актива (ДМА и/или ДНА)	Количество	Минимални технически и/или функционални характеристики
1.	LED турбина с осветление	5 броя	• Керамични лагери • Трипъл спрей • Пуш бутон • Препоръчително работно налягане: 2,2 - 2,8
2.	Обратен наконечник за имплантология	5 броя	• Обратен наконечник 1:1 • Керамични лагери • Оптично компактно влакно • Скорост: 40000 об. /Мин.
3.	Обратен наконечник за хирургична имплантология, мини LED	1 брой	• Шест стенна система за захващане за хирургически ножове и рязане • Скорост: максимум 40000 об. /Мин • Съотношение: 20:1 • Свързваща система: ISO 3964 (DIN 13.940) • Мини LED + • Пуш бутон
4.	Повишаващ обратен наконечник	1 брой	• Повишаващ обратен наконечник 1:5 • Пуш бутон • Керамични лагери • Оптично компактно влакно • Скорост: 40000 об. /Мин •
5.	Ултразвукова вана	1 брой	• Резервоар от неръждаема стомана: 3.8л • Топлоустойчив пластмасов калъф • Предпазен термостат, който работи в случай на липса или липса на течност.

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ИЗИ ДЕНТ“ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



			• Отводняване: стандартен дренаж • Работна честота: 34-37 khz • Мощност: 300w
6.	Портативен юнит за профилактика	1 брой	• Модел: AIR-FLOW® handy 3.0 • Класификация: 93/42 ЕЕС: клас II • Непрекъснато налягане на връзката с турбината (вода) : 1-2.2 бара (1000-2200 hPa); Температура: 40°C • Условия за работа: 10°C - 40°C, относителна влага 30% - 75% •
7.	Стоматологичен комплект с горно окачване на шланговете	4 броя	Стоматологичен юнит - Работен пулт на стоматолога горно окачване • Трипътна ръкохватка въздух/вода • 4 шлауха с изводи • Подвижна помощна масичка автоклавируема силиконова подложка • Подвижна поставка за наконечниците с автоклавируема силиконова подложка • Пневматична спирачка Основен пулт за управление • Сензори за управление на стола и облегалката, плювалника и чашката, осветителното тяло и негативоскопа • Система за автоматично връщане на стола в първоначална позиция • Негативоскоп Подвижен сестрински работен пулт • Автономен автоматичен слюносмукател • Шлауха и система за аспирация • Пулт за управление на стола, облегалката, плювалника и чашката Подвижен керамичен воден блок • Автоклавируеми никелови накрайници за чашката и плювалника

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ИЗИ ДЕНТ“ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



			Хидрофорна система LED осветително тяло - Плавен избор на интензитет Стоматологичен стол - Електромеханична повдигателна система с товароподемност до 250 кг. и диапазон на движение от 38 до 86 см. - Аварийен стоп-бутон - Кратно управление на стола и облегалката Помощно столче за стоматолога - Механизъм за пневматично регулиране на височината Метален помощен ринг
8.	Автоклав	1 брой	Клас на апарата: В клас Размери на камерата: 250 – 350мм Вместимост на камерата: 23 л Заклучващ механизъм: Електромеханичен Програми за стерилизиране 121 и 134 °C (6 програми)
9.	Машина за производство на биосъвместими костни структури	1 брой	- Подготовка за АТВ графт материал. - Стартовият комплект включва: Стартов кит с 5 броя трикомпонентен разтвор Кит за раздробяване на зъбни структури 2 бр. епруветки Съд за дестилирана вода – 1 бр.
10.	Имплантологичен мотор	1 брой	Адаптер: AC100-240V, 50/60Hz Литиево йонна батерия: DC7.4V, 2600mAh Диапазон на скоростта: 150-650rpm Диапазон на силата на въртене: 0.6-5.2N.cm Защита срещу токов удар: Тип В
11.	Безжичен автоматичен драйвър	1 брой	220V, 370mAh, 1.37Wh

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ИЗИ ДЕНТ“ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



			Сила на въртене: 5-35N Ротации на минута: 15-60
12.	Хирургичен кит за синус лифт		Съдържа в себе си инструменти, които позволяват извършването и на двата подхода за повдигане пода на максималния синус (с кристален и с латерален достъп) с един кит. 01. Първоначално свредло 02. Гребенен райбер] 07. Дълбокомер 08. Страничен стопер: 5EA 09. Страничен райбер 10. Странично ядково свредло 11. Страничен диамантен райбер 12. Странична бормашина 13. Страничен диамантен райбер 14. Синусова кюрета
13.	Сет за водена хирургия		Фрези за тесен алвеоларен гребен(опционални) Универсални фрези Оформяща фреза Кортикална фреза Имплантен носач
14.	Интраорален скенер	1 брой	Тяло Обем (Д x Ш x X) 240мм x 49,5мм x 30,5мм Накрайник

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ИЗИ ДЕНТ“ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



			Стандартен накрайник: 79мм x 19,7мм x 15,8мм Площ на сканиране: 15мм x 15мм Мини накрайник: 80мм x 16мм x 11мм Площ на сканиране: 12мм x 12мм дълбочина на полето: 15mm Автоклавиране: До 100 пъти.; 1210С 16мин.; 1340С 4мин. Скорост на сканиране Една челюст: 30 сек Цяла челюст с оклузия: 90 сек
15.	Комплект хирургически лупи	1 брой	Комплектът се състои от: чанта за пренасяне, оптика, рамка, поставка, спрей за почистване и малка микрофибърна кърпа -увеличение 2.5 x R /Regular/ с работна дистанция – 35 см -дълбочина на полето 7.6 см - 12.7 см - зрително поле – 7.6 см
16.	LED оптични преносими системи	1 брой	Комплектът се състои от: чанта за пренасяне, презареждаема йонлитиева батерия с реостатен контрол AC/DC адаптер/зарядно - LED лампа – интензитет на осветеност 40 000 LUX - Цветна температура 6500 K - Зарядно -5V EU стандарт - Презареждаема йонлитиева батерия с реостатен контрол, работен живот с едно зареждане 8 часа
17.	Апарат за почистване и смазване на инструменти	1 брой	Комплектът се състои от: - шлаух за въздух 2 m - комплект консумативи

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ИЗИ ДЕНТ“ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



18.	Фотоапарат +обектив	1 брой	LCD Дисплей 3" TFT LCD Брой автофокусни точки 425 Брой кадри с едно зареждане (CIPA) 410 Интерфейс USB 2.0 (480 Mbit/sec), micro-HDMI Разделителна способност 24 MP Режим на измерване Матричен, Централно-осреднен, Точков
19.	Лаптоп	2 броя	RAM/ Памет-16GB или по-висока Графична карта (GPU)NVIDIA GeForce 3060 или по-висока над 6G памет Твърд диск 256GB SSD или повече Система Windows 10/11 Pro/Corporate Edition(64-bit) I/O порт USB 3.0 (или по-висок) порт Консумирана мощност 25W/A
20.	Апарат за абразия и профилактика	1 брой	• Педал с три позиции (въздух, вода, полиране) • Сребърен наконечник • Златен наконечник • Шлаул за връзване към компресор • 5 стъклени плочки • 2 метра шлаух за връзка на апарата с наконечника 4-6 мм • 50 еднократни върхчета • Контейнер за съхранение на пудра • 5 дръжки за наконечник • Почистващи и монтажни инструменти
• Забележка: В случай, че в документацията има информация, насочваща към конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, производител или друго подобно, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, следва да се счита, че се приемат и еквиваленти.			



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ИЗИ ДЕНТ“ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.